



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0388/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **LUMEELAMP STERILIZER DUAL 36 F/36 C,
LUMEELAMP STERILIZER DUAL 60 F/60 C,
LUMEELAMP STERILIZER DUAL 95 F/95 C,**

Zawierający / containing: powder painted steel, powder painted aluminium and other materials according to the manufacturer's documentation

Przeznaczony do / destined: to be used in doctor's offices and medical surgeries, beauty parlours and at hairdressers', in hotels restaurants, cafes, pharmacies, waiting rooms, commercial premises, conference rooms, housing facilities and public utility facilities

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

The product has to be used and delivered under provisions relating to the facility, in which it is used. It has to be assembled and used in accordance with an operation manual attached by the manufacturer. The air from the equipment in patient rooms in hospitals should not be directed to patients and it should not cause dust to be lifted from the floor. The certificate does not cover replaceable air filters other than delivered by the manufacturer. During operation of the equipment in open mode, no persons should be in the room, where the equipment is operated.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Elbatrade HandelsgmbH
7152 Pamhagen
Marktstrasse 1, Austria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INELEKTRA Sp. z o. o.
87-100 Toruń
ul. Szeroka 10/12



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.08.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.08.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 sierpnia 2020

The date of issue of the certificate: 19th August 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349